

試験報告書

依頼者 有限会社 西川塗装店 殿
品名 シート 1点
試験項目 抗菌性

2021年7月27日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
大阪事業所 生物ラボ



2021年8月27日

記

試験結果

1. 黄色ぶどう球菌

No.	試料	生菌数(個/cm ²)の常用対数値		抗菌活性値
		接種直後	24時間培養後	
①	3Gコート	—	<-0.20	>4.9
	無加工試験片*	3.97	4.72	—

2. 大腸菌

No.	試料	生菌数(個/cm ²)の常用対数値		抗菌活性値
		接種直後	24時間培養後	
①	3Gコート	—	2.72	3.0
	無加工試験片*	4.11	5.77	—

注* 無加工試験片としてポリエチレンフィルムを使用した。

試験方法: JIS Z 2801:2010 5

供試菌: 黄色ぶどう球菌・*Staphylococcus aureus* NBRC 12732

大腸菌・*Escherichia coli* NBRC 3972

試料

貼付省略

以上